

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 4 grudnia 2018 roku

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 221 000 euro na usługi transportu sanitarnego oraz zabezpieczenia imprez masowych (postępowanie nr 13/PN/2018)

W związku z wpływieniem od Wykonawców zapytań Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający ogranicza maksymalny, na dzień składania oferty wiek pojazdów ?

Odp. Nie

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający ogranicza maksymalny, na dzień składania oferty przebieg pojazdów ?

Odp. Nie

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający potwierdza że wszystkie oferowane pojazdy, wraz z wyposażeniem, muszą spełniać wymogi Normy PN-EN 1789 ?

Odp. Tak

Pytanie nr 4

Czy Oferent musi posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie normy PN EN 1789, i przedstawić je Zamawiającemu na każde żądanie?

Odp. Tak

Pytanie nr 5

Czy w sytuacji konsultacji lub badań przed przyjęciem w innej jednostce leczniczej, czas opieki nad pacjentem będzie liczony w comiesięcznym zestawieniu dla Zamawiającego ?

Odp. Opieka nad pacjentem nie stanowi przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6

Czy podane wartości kilometrów oraz godzin pracy przez Zamawiającego uwzględniają również powrót do Stacji Zamawiającego z punktu zdania pacjenta ?

Odp. Tak

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby lodówki (do przewozu krwi) na wyposażeniu pojazdu, muszą spełniać wymogi określone Rozporządzeniu MZ z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami ?

Odp. Lodówka do przewozu krwi stanowi własność Zamawiającego.

Pytanie nr 8

Zamawiający potwierdza, iż pojazdy mają być do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego w godzinach wyszczególnionych w pkt III. „Opis przedmiotu zamówienia”?

Odp. Tak

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający potwierdza posiadanie przez Oferenta fabrycznej homologacji sanitarnej pojazdów i obowiązek przedstawienia jej Zamawiającemu na każde żądanie?

Odp. Nie

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z przytoczonymi w/w aktami prawnymi (dot. pyt. nr 7) do przewozu krwi winna być używana walidowana lodówka?

Odp. Nie dotyczy. Patrz: odpowiedź na pytanie 7

Pytanie nr 11

Czy Oferent ma złożyć dokumenty walidacji oferowanych lodówek na żądanie Zamawiającego?

Odp. Nie dotyczy. Patrz: odpowiedź na pytanie 7

Pytanie 12

Czy Zamawiający potwierdza że lodówki muszą posiadać możliwość stałej, w całym czasie transportu i jazdy kontroli temperatury i jej zapisu?

Uzasadnienie:

a. Transportowanie krwi i jej składników winno się odbywać w temperaturach: KKCz – od 20 C do 60 C,

b. KKP – od 200 C do 240 C,

c. FFP – zamrożone co najmniej – 180 C,

d. Czynniki krzepnięcia – od 20 C do 100 C

W SIWZ nie ma określonych dokumentów ani wymogów, pozwalających na zweryfikowanie czy do przewozu Oferent daje drogą, profesjonalną lodówkę, czy nie atestowaną lodówkę z hipermarketu.

Homologowana lodówka z regulacją temperatury, i zapisem jej wartości temperatury w całym czasie przewozu jest obligatoryjnym wymogiem w/w rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia.

Koszt zakupu 1 szt. takiej lodówki to koszt ponad 6 tys zł, bez tego wymogu można oferować zaś lodówki z hipermarketów za 40zł. Nie ma zaś w SIWZ wymogu pozwalającego na stwierdzenie, czy deklarowane przez Oferenta lodówki spełniają wymogi przytoczonych rozporządzeń.

Odp. Nie dotyczy. Patrz: odpowiedź na pytanie 7

Pytanie nr 13

Prosimy o podanie miesięcznej ilości wyjazdów oraz przejechanych faktycznych kilometrów dla każdej z usług. Jest to niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty.

Odp. Dane za okres 9 miesięcy:

	TS I	TS II	TS III	Zabezp.impres
Km	44535	55146	11662	-----
Godziny	1624	5789	546	48
Doby gotowości	190	273	-----	-----

Pytanie nr 14

Czy Oferent ma dostarczyć Zamawiającemu decyzję MSWiA o uprzywilejowaniu pojazdów na żądanie?

Odp. Nie. Ma posiadać i przedstawić tylko na żądanie Zamawiającego.

Pytanie nr 15

Czy Oferent na dzień składania oferty ma posiadać umowę na dostarczanie tlenu medycznego, i udostępnić ją na żądanie Zamawiającego?

Odp. Nie

Pytanie nr 16

Czy Oferent ma posiadać umowy na dostarczanie leków i innych produktów leczniczych, i udostępnić je Zamawiającemu na żądanie?

Odp. Nie

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kolejgowanie zleceń w miarę ich spływania i ich realizację w kolejności ich wpływu/pilności, w oparciu o liczbę wskazanych przez Zamawiającego zespołów?

Odp. Nie. To Zamawiający decyduje o kolejności realizacji zleceń.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający potwierdza, iż Oferent ma zapewnić tylko i wyłącznie pojazd oraz kierowcę do realizacji każdej z usług ?

Odp. Tak

Pytanie nr 19

Prosimy o wskazanie, ile pojazdów – dla każdego zadania odrębnie- ma posiadać i przeznaczyć do realizacji Oferent?

Odp. Co najmniej jeden dla każdego zadania odrębnie.

Pytanie nr 20

Czy każdy z pojazdów realizujących poszczególną usługę musi posiadać sprzęt medyczny zgodny z normą PN-EN 1789 ?

Odp. Tak

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający potwierdza, że Oferent ma zaoferować do realizacji każdej z usług pojazd klasy A2 ?

Odp. Tak

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający posiada i wynajmuje pomieszczenie o charakterze socjalnym dla akt wykonawcy lub czy istnieje możliwość wynajęcia takiego pomieszczenia? A jeśli tak, o jakiej powierzchni i cenie ?

Odp. Nie

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający potwierdza wymóg przeznaczenia do każdej z usług indywidualnego pojazdu ?

Odp. Tak

Pytanie nr 24

Czy Wykonawca ma obowiązek prowadzić dezynfekcję pojazdów przy pomocy wyspecjalizowanych urządzeń lub jeśli ich nie posiada mieć zawartą umowę na dezynfekcję z podmiotem zewnętrznym?

Odp. Nie. Dezynfekcja wykonywana jest przez personel Zamawiającego

Pytanie nr 25

Czy kierowcy mają posiadać ukończony kurs KPP ?

Odp. Nie

Pytanie nr 26

Czy podane godziny pracy dla każdego z zespołów są godzinami stałymi przez cały okres obowiązywania umowy, czy też mogą ulec zmianie ?

Odp. Godziny mogą ulec wydłużeniu z powodu wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego powrotu. Sytuacje takie nie są nagminne, zdarzają się sporadycznie.

Pytanie nr 27

Czy Oferent na dzień składania oferty ma posiadać całe wyposażenie medyczne wraz z aktualnymi paszportami?

Odp. Z chwilą zawarcia umowy. Umowa, w tym informacje szczegółowe dotyczące pojazdów sanitarnych, wymagają wcześniejszego zgłoszenia do NFZ.

Pytanie nr 28

Prosimy o podanie ilości wyjazdów z materiałem biologicznym w przeciągu 3 ostatnich miesięcy oraz najczęstszych miejsc docelowych przy realizacji takich transportów.

Odp. Zamawiający nie prowadzi takiej ewidencji.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający potwierdza, że zapłaci Wykonawcy za każdą godzinę gotowości do wykonywania usługi zgodnie z ramami czasowymi z pkt. III ad.1), ad.2) oraz ad.3) dodatkowo za 60 godzin FAKTYCZNEJ pracy podczas zabezpieczeń medycznych z ad.4?

Odp. Zamawiający zapłaci za produkty wymienione w pkt III SIWZ, które dodatkowo dokładnie zostały wyspecyfikowane w tabeli Formularza ofertowego. Gotowość dotyczy transportu sanitarnego I i II (Ad 1 i Ad 2). W przypadku transportu sanitarnego III (Ad 3) oraz zabezpieczenia imprez masowych (Ad 4) Zamawiający zapłaci za faktycznie przepracowaną godzinę pracy.

Pytanie nr 30

Dotyczy rozdz. XIII SIWZ pkt 2 w tabeli

Zamawiający podaje jako jedno z kryteriów oceny ofert: "roczniki pojazdów" wg punktacji:

"1) do roku 2005 - 1 pkt

2) rok 2006 do roku 2010 - 2 pkt

3) rok 2011 i powyżej - 5 pkt".

W zał. nr 4 Zamawiający wymaga wskazanie 4 pojazdów w wykazie.

Prosimy o informacje (wzór) w jaki sposób Zamawiający będzie wyliczał końcową ilość punktów w ramach tego kryterium: jako sumę punktów dla każdego z pojazdów czy też jako średnią arytmetyczną z roczników?

Odp. Suma punktów dla każdego z pojazdów.

Pytanie nr 31

Czy Oferent ma być podmiotem leczniczym?

Odp. Nie.