

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 18 lutego 2020 roku

L.dz.SZP/ZP/497/2020

Wszyscy Wykonawcy

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy produktów farmaceutycznych (postępowanie nr 4/PN/2020)**

W związku z wpływaniem od Wykonawców zapytań Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pyt. 1

pakiet 11, pozycja 16

W związku z przejściem ze złączy ENLock na złącza ENFit, w zestawach do żywienia były dołączane łączniki przejściowe, tzw „transition”. Było to jednak rozwiązanie czasowe i zestawy z dodatkowymi łącznikami EnLock nie są już produkowane. Dlatego prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów w obecnie obowiązującym standardzie połączeń EnFit..

Odp. Zamawiający dopuszcza.

**DYREKTOR**  
  
*Bogumił Kurowski*